

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru
obiectivul de investiții: „AMENAJARE SPAȚIU USTACC ȘI DOTARE CU
SISTEM DE MONITORIZARE –SECȚIA DE CARDIOLOGIE– SPITALUL
JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA”

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA:

Având în vedere expunerea de motive nr.8069/20.05.2019 la proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Hunedoara, dl. Mircea Flaviu Bobora;

În baza adresei nr.9821/16.04.2019 a Spitalului Județean de urgență Deva înregistrată în Consiliul Județean cu nr.6145/16.04.2019;

În conformitate cu prevederile art.1 alin. (1) și alin. (2), art.3 și ale art. 4 ale Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor art. 91 alin.(1) lit. b și alin. (3) lit. f, ale art. 97 alin.1, precum și ale art.126 din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă nota conceptuală și tema de proiectare pentru obiectivul de investiții **„AMENAJARE SPAȚIU USTACC ȘI DOTARE CU SISTEM DE MONITORIZARE –SECȚIA DE CARDIOLOGIE– SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENȚĂ DEVA”** conform anexei care face parte integrantă din prezenta.

Art.2 (1) Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către conducerea Spitalului Județean de Urgență Deva și se va comunica celor interesați prin grija Serviciului administrație publică locală, relații publice, A.T.O.P., din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Hunedoara.

(2) Prezenta hotărâre poate fi contestată în termenul și condițiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu BOBORA

AVIZAT
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniel DAN

Deva, la _____ 2019

NR. 120 / 2019

Anexa conține 6(șase) file:

- Nota conceptuală – 4(patru) file
- Tema de proiectare – 2(două) file

PREȘEDINTE,
Mircea Flaviu BOBORA

AVIZAT,
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Daniel DAN





ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ROU/HS/JAS-C00500869
ROU/HS/JAS-C06210186
ROU/HS/SAS/JAS-C001310180



www.jas-anz.org/register

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDEȚEAN DE
URGENTA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58,
jud Hunedoara

Cod fiscal: 4374385


Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516

Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799

e-mail. spjudeva1@gmail.com

Nr. 9821 / 16.04.2019

APROB,
MANAGER
BĂDA DELIA



NOTA CONCEPTUALA

1. Informatii generale

1.1. Denumirea obiectivului e investitii: AMENAJARE SPATIU USTACC SI DOTARE CU SISTEM DE MONITORIZARE –SECTIA DE CARDIOLOGIE .

1.2. Ordonator principal de credite /investitor : CONSILUL JUDETEAN HUNEDOARA.

1.3. Ordonator secundar de credite : SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA.

1.4. Beneficiarul investitiei: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA.

1.5. Elaboratorul temei de proiectare: SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DEVA .

2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus

2.1. Scurta prezentare privind deficientele si efectul pozitiv al investitiei .

Sectia de cardiologie urmeaza sa fie relocata intr-un spatiu in curs de amenajare ,situat la etajul 2 al corpului de cladire denumit ambulatoriu (in locul blocuui operator) .

Adiacent acestui spatiu a fost construit un corp de cladire in care la parter si etajul 1 functioneaza sectia de neurologie .La etajul 2 au fost montate 2 Sali de operatie (tip container) si a fost amenajat un spatiu pentru ATI. Acest spatiu a ramas disponibil prin mutarea blocului operator in alta locatie.

In cadrul sectiei de cardiologie este aprobat acest compartiment –USTACC- pentru supravegherea si monitorizarea pacientilor cardiaci critici cu 10 paturi.

Avand in vedere ca in acelasi spatiu exista 2 Sali de operatie corespunzator ,sunt prevazute 2 paturi pentru supravegherea post operatorie in cadrul sectiei .

Organizarea acestui compartiment este obligatorie pentru functionarea corespunzatoare a sectiei pediatrie.

Imbunatatirea actului medical al acestei sectii este data tocmai de realizarea acestui compartiment.

Prin dezvoltarea serviciilor medicale oferite prin activitatea de cardiologie interventionala (angiografie si montare stenduri) va creste nivelul de incasari si venituri ale Spitalului.

De asemeni ,va fi redus semnificativ riscul de deces prin transportarea pacientilor in stare critical la alte unitati medicale in afara judetului.

Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr.**26285**



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ROUJHMS/JAS-C00500569
ROUJHMS/JAS-C00210185
ROUJHMS/JAS-C00130180



www.jas-anz.org/register

CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDETEAN DE
URGENTA DEVA
Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58,
jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385
Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516
Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799
e-mail. spjudeva1@gmail.com

2.2. Compartimente USTACC nu sunt organizate in alte spitale din zona ,care ar putea prelua cazurile critice.

2.3. In planul de management al sectiei de cardiologie exista prevazuta organizarea acestui compartiment ca o componenta de baza in activitatea medicala a sectiei.

Nu este elaborat un master plan pe servicii medicale pntru zona in care se afla SJU Deva.

2.4. NU exista acorduri interationale ale statului care sa oblige partea romana la realizarea obiectivului de investitii.

2.5. Obiective generale ,preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei :

- asigurarea unor servicii medicale de inalta performanta pentru cazurile critice
- reducerea riscului de deces pentru pacientii in stare critica ,prin asigurarea cadrului necesar unei interventii imediate.
- dezvoltarea gamei de servicii medicale prin organizarea activitatii de cardiologie interventionala.
- cresterea veniturilor prin incasarea de serviici medicale suplimentare si de inalta performanta medicala.

3. Estimarea suportabilitatii investitiei publice.

3.1. Estimarea cheltuielilor pentru executia obiectivului de investitii.

La evaluarea costurilor de investitii au fost avute in vedere costurile realizate la lucrarile de constructii ale lucrarilor similare (RK si modernizare la Spitalul Judetean de urgenta Deva; RK Spitalul Judetean de Urgenta Petrosani) precum si costurile stabilite prin standardele de cost. Pentru echipamente au fost cerute oferte de la furnizori de echipamente medicale.

Evaluare costuri

* Constructii si instalatii	71.437,50 RON
* Dotari echipamente si mobilier	190.500,00 RON
* Organizare de santier	9.525,00 RON
* Diverse si neprevazute	23.812,50 RON
Total	295.275,00 RON

Preturile nu cuprind TVA 19%

3.2. Estimarea costurilor de proiectare

* Expertiza tehnica de rezistenta	3.000,00 RON
* Detalii si devize de executie +DTAC	35.100,00 RON
(cuprinde verificarea tehnica)	
Total	38.100,00 RON

TOTAL INVESTITIE	333.375,00 RON
TVA 19%	63.341,25 RON
TOTAL GENERAL	396.716,25 RON



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ROU/HS/JAS-C00500859
ROU/HS/JAS-C00210186
ROU/HS/SAS/JAS-C00130180



www.jas-anz.org/register

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDEȚEAN DE
URGENTA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58,
jud Hunedoara

Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516
Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799

e-mail. spjudeva1@gmail.com

3.3. Surse identificate pentru finantarea cheltuielilor estimate

Investitia va fi realizata din bugetul Consilului Judetean Hunedoara .

4.Informatii privind regimul juridic ,economic si tehnic al constructiei existente.

Cladirea existenta este in domeniul public al UAT judet Hunedoara .

5. Particularitati ale amplasamentului

Spatiul este situat la etajul 2(la acelasi nive in care se amenajeaza spatiile pentru sectia de cardiologie) al unui corp de cladire existent.In acest corp de cladire ,la parter si la etajul 1 functioneaza sectia de neurologie.

Accesul la spatiul destinat USTACC,este accesibil printr-un corp de legatura din sectiea cardiologie .

Spatiul este racordat la utilitatile necesare –apa,canalizare,energie termica,agent termic pentru incalzire si apa calda menajera ,oxigen din retelele existente in caldire.

Structura de rezistenta este din cadre din beton armat si este in stare foarte buna.

Nu exista conditionari constructive sau de alta natura pentru realizarea amenajarilor propuse.

Nu exista reglementari urbanistice aplicabile pentru acest obiectiv de investitii.

In vecinatatea obiectivului de investitii nu exista monumente istorice ,deci nu sunt necesare masuri de protectie a acestora.

6. Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus

Funcțiunea propusa este : UNITATE DE SUPRAVEGHERE SI TRATAMENT AVANSAT AL PACIENTILOR CADRIACI CRITICI (USTACC) care este un compartiment de terapie intensiva din cadrul sectiei de cardiologie.

Capacitatea este de 12 paturi.

Pentru cardiologie interventionala exista 2 Sali de operatie echipate corespunzator .Spatiul este finisat corespunzator.

In acest spatiu vor avea acces pacienti -12 persoane- si personalul medical ,care poate ajunge la echipe de maxim 8 persoane in situatia interventiilor chirurgicale

Durata de functionare a acestui spatiu este egala cu durata de functionare a intregului spital.

Prin tema de proiectare se propun urmatoarele lucrari:

- amenajarea urmatoarelor spatii:

* spatiu de lucru pentru asistente de cca 7-8 mp.

* grup sanitar pentru pacienti echipat cu vas WC ,lavoar si dus

* incapere pentru tabloul electric

* reparatii finisaje si instalati ,pentru a remedia unele deficiente aparute datorita neutilizarii spitalului

* dotarea cu satie de monitorizare cu 10 monitoare de functii vitale

Cele 12 paturi vor fi utilizate astfel:

- 10 paturi pentru activitatea USTACC

- 2 paturi pentru supraveghere post operare.



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ROU/MS/JAS-C0059/0869
ROU/MS/JAS-C0021/0186
ROU/OHSAS/JAS-C0013/0180

JAS-ANZ



www.jas-anz.org/register

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDEȚEAN DE
URGENTA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58,
jud Hunedoara

Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516

Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799

e-mail. spjudeva1@gmail.com

7. Justificarea necesitatii elaborarii dupa caz a:

- Studiul de fezabilitate - nu este necesar
- Expertiza tehnica – este necesara conform Legii 50/1992 republicata
- Auditul energetic – este necesar pentru lucrarile publice
- Studiu de fundamentare a valorii resursei culturale – nu este necesar

Data: 16.04.2019

Întocmit,

Compartiment Tehnic,

Ing. Huiș Nicolae Dorin



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
RO/JIAS/JAS-C001/00869
RO/JIAS/JAS-C002/10186
RO/OHSAS/JAS-C0013/0180

www.jas-anz.org/register

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDEȚEAN DE
URGENTA DEVA
Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58,
jud Hunedoara
Cod fiscal: 4374385
Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516
Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799
e-mail. spjudeva1@gmail.com

Nr. 9821 / 16.09.2019

Tema de proiectare

1. Informatii generale

- 1.1. Denumirea obiectivului e investitii: AMENAJARE SPATIU USTACC SI DOTARE CU SISTEM DE MONITORIZARE –SECTIA DE CARDIOLOGIE .
- 1.2. Ordonator principal de credite /investitor : CONSILUL JUDEȚEAN HUNEDOARA.
- 1.3. Ordonator secundar de credite : SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA DEVA
- 1.4. Beneficiarul investitiei: SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA DEVA.
- 1.5. Elaboratorul temei de proiectare: SPITALUL JUDEȚEAN DE URGENTA DEVA .

2. Date de identificare a obiectivului de investitii

2.1. Informatii privind regimul juridic ,economic si tehnic al constructiei existente.

Cladirea unde urmeaza a fi amenajat acest compartiment –USTACC- este domeniul public al UAT judet Hunedoara .

2.2. Particularitati ale amplasamentului .

Spatiul este situat la etajul 2 (la acelasi nive in care se amenajeaza spatiile pentru sectia de cardiologie) al unui corp de cladire existent. In acest corp de cladire ,la parter si la etajul 1 functioneaza sectia de neurologie.

Accesul la spatiul destinat USTACC, este accesibil printr-un corp de legatura din sectiea cardiologie .

Spatiul este racordat la utilitatile necesare –apa, canalizare, energie termica, agent termic pentru incalzire si apa calda menajera , oxigen din retelele existente in caldare.

Structura de rezistenta este din cadre din beton armat si este in stare foarte buna.

Nu exista conditionari constructive sau de alta natura pentru realizarea amenajarilor propuse.

Nu exista reglementari urbanistice aplicabile pentru acest obiectiv de investitii.

In vecinatatea obiectivului de investitii nu exista monumente istorice ,deci nu sunt necesare masuri de protectie a acestora.

2.3. Descrierea succinta a obiectivului de investitii propus din punct de vedere tehnic si functional:

Funcțiunea propusa este : UNITATE DE SUPRAVEGHERE SI TRATAMENT AVANSAT AL PACIENTILOR CADRIACI CRITICI (USTACC) care este un compartiment de terapie intensiva din cadrul sectiei de cardiologie.

Capacitatea este de 12 paturi.

Pentru cardiologie interventionala exista 2 Sali de operatie echipate corespunzator .Spatiul este finisat corespunzator.

In acest spatiu vor avea acces pacienti -12 persoane- si personalul medical ,care poate ajunge la echipe de maxim 8 persoane in situatia interventiilor chirurgicale

Operator de date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. **26285**



ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
BS OHSAS 18001:2007
ROU/INS/JAS-C00510089
ROU/ENS/JAS-C00210188
ROU/OHSAS/JAS-C00130180

JAS-ANZ



www.jas-anz.org/register

CONSILIUL JUDEȚEAN HUNEDOARA
SPITALUL JUDEȚEAN DE
URGENTA DEVA

Deva, cod.330084, str. 22 Decembrie, nr.58,
jud Hunedoara

Cod fiscal: 4374385

Secretariat tel.0254/214616, fax.0254/212516
Centrala telefonica 0254/227070, 0254/217799

e-mail. spjudeva1@gmail.com

Durata de functionare a acestui spatiu este egala cu durata de functionare a intregului spital.

Prin tema de proiectare se propun urmatoarele lucrari:

- amenajarea urmatoarelor spatii:

* spatiu de lucru pentru asistente de cca 7-8 mp.

* grup sanitar pentru pacienti echipat cu vas WC ,lavoar si dus

* incapere pentru tabloul electric

* reparatii finisaje si instalati ,pentru a remedia unele deficiente aparute datorita neutilizarii spitalului

* dotarea cu satie de monitorizare cu 10 monitoare de functii vitale

Cele 12 paturi vor fi utilizate astfel:

- 10 paturi pentru activitatea USTACC

- 2 paturi pentru supraveghere post operare.

2.4.Cadrul legislativ aplicabil.

- Ordinul MS nr.388/2010

- Ordinul MS nr.185/2017

- Ordinul MS nr.914/2006

- Ordinul MLPAT nr.4/N/ 1997

- Legea 50/1992 republicata

- Legea 10/1995 republicata


Aprob,

Beneficiar

Spitalul Județean de Urgență Deva

Manager

Băda Delia




Luat la cunoștință

Investitor

Consiliul Județean Hunedoara

Președinte

Mircea Flaviu Bobora



Întocmit,

Compartiment Tehnic,

Ing. Huiș Nicolae Dorin